

SCHERMATURE ANTIX - ACCESSORI PER RADIOLOGIA**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE**

La sottoscritta "CABLAS S.r.l." con sede in
Via Michelangelo Buonarroti 52/B
20093 Cologno Monzese (MI)

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, che il prodotto

PARETI MOBILI

Codici

P-PM-01	P-PM-02	P-PM-03	P-PM-04
---------	---------	---------	---------

E' conforme alle norme di "BUONA TECNICA"

Come previsto dall'art. 72 del D. Lgs:230 del 1995, che ha recepito le direttive EURATOM 80/836 , 84/466, 89/618, 90/641, 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti.

Sono prodotti presso nostre officine specializzate e poste in opera a "regola d'arte".

Il piombo utilizzato è di prima fusione a puro titolo 99.9% conforme alla nostra UNI 3165 che corrisponde a Pb mm 2

Cologno Monzese, anno 2013

CABLAS S.R.L.
Via Michelangelo, 52/B
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
S.L.: Via Sormani 34 - COLOGNO M. SE
Tel. R.A. 02 2538088 - Fax 02 27300644
Cod. Fisc. e P. IVA 11903230156

