

**SCHERMATURE ANTIX - ACCESSORI PER RADIOLOGIA****DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE**

La sottoscritta "CABLAS S.r.l." con sede in  
Via Michelangelo Buonarroti 52/B  
20093 Cologno Monzese (MI)

**DICHIARA**  
Sotto la propria responsabilità, che il prodotto

**PASSALASTRE**

Codici

D-PS-01	D-PS-02
---------	---------

al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme al **DECRETO LEGISLATIVO n° 626 del 19/12/1994** integrato dal **DECRETO LEGISLATIVO n° 242 del 19/03/1996** e specificatamente all'**Art. 6** (Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori).

Il prodotto, inoltre presenta i seguenti requisiti :

- la protezione frontale con Pb. mm. 2 è conforme alle norme di "BUONA TECNICA" come previsto dall'art. 72 del D. Lgs. 230 del 1995, che ha recepito le direttive EURATOM in materia di Radiazioni Ionizzanti;
- la stessa protezione è stata prodotta presso officine specializzate;
- il piombo utilizzato è di prima fusione e puro a titolo 99,9%;

Cologno Monzese, anno 2015

**CABLAS S.R.L.**  
Via Michelangelo, 52/B  
20093 COLOGNO MONZÈSE (MI)  
S.I.: Via Sormani, 34 - COLOGNO M. SE  
Tel. R.A. 02 2538088 - Fax 02 27300644  
Cod. Fisc. e P. IVA 11903230156

