

SCHERMATURE ANTIX - ACCESSORI PER RADIOLOGIA**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE**

La sottoscritta "CABLAS S.r.l." con sede in
Via Michelangelo Buonarroti 52/B
20093 Cologno Monzese (MI)

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, che il prodotto

NEGATIVOSCOPIO SERIE A TENDINE

Codici

LXJ40	LXJ80	LXJ120	LXJ140
-------	-------	--------	--------

Al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme alla
Direttiva 93/42/CEE – Dispositivi Medici - Classe 1

inoltre è conforme alla Direttiva 73/23 CEE (Bassa tensione)
89/336 CEE (Compatibilità Elettromagnetica)

La costruzione è conforme alle norme
EN 60601 -1,2 - Din 6856 -1,2

Cologno Monzese, anno 2015

CABLAS S.R.L.
Via Michelangelo, 52/B
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
S.r.l.: Via Sormani, 34 - COLOGNO M.SE
Tel. R.A. 02 2538088 - Fax 02 27300644
Cod. Fisc. e P. IVA 11903230156

